

EX-TEC[®] PM 580/550/500/400

Indicação da versão V1.100 (06-05-2024)

Compatibilidade

- Totalmente compatível com:
 - Software **GasCom** da versão **V1.3.0**
 - Equipamento de ensaio **ATS 503/501** da versão de firmware **V1.100**
- Compatível de forma limitada com:
 - Software **GasCom** de versão anterior à **V1.3.0**
 - Equipamento de ensaio **ATS 503/501** de versão de firmware até à **V1.010**

Melhoramentos e novas funções

- Medição:
 - Possibilidade de registo automático
- Verificação do funcionamento:
 - Possibilidade de aceitação de verificações do funcionamento no próprio dia
 - A verificação de funcionamento guiada pode ser efetuada em qualquer altura, mesmo que esteja desativada a sua realização através do software GasCom (diferente de "verificação de funcionamento guiada ativada": prazos de expiração não apresentados)
- Relatórios:
 - Aumento do número de verificações de funcionamento e registos que podem ser memorizados, cada para 500
 - Apresentação uniformizada dos relatórios de verificações do funcionamento para equipamento e dispositivo de ensaio ATS
- Memorização de verificações do funcionamento e registos
 - Possibilidade de decisão entre eliminar automaticamente ou não os relatórios mais antigos, em caso de memória cheia
- Utilizador:
 - Aumento do número de utilizadores possíveis para 100
 - Possibilidade de visualização da lista de utilizadores
- Aplicação Infraestrutura:
 - Estabilidade otimizada do ponto zero
- PM 400, tipo de gás nonano:
 - Ajuste e verificação da sensibilidade, agora com 0,28% vol. de C₉H₂₀ em ar sint. (até ao momento: 0,22% vol.); gás de teste de substituição inalterado 0,30% vol. de C₃H₈ em ar sint.
- Possibilidade de bloqueio de teclas automático ou manual
- Novo símbolo para troca de dados
- Indicação otimizada da capacidade restante da pilha/bateria