

Deklaracja zgodności UE

Multitec[®] 560

Przenośny miernik gazu, zasilany z baterii

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
33334 Gütersloh – Niemcy

Produkt jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/34/UE

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 1127-1

EN 60079-7

EN 50270:2015

EN 60079-11

EN 60079-0

EN 61000-6-2:2005

EN 60079-1

EN 61000-6-4:2011

W przypadku metanu w zakresie aplikacji Ostrzeżenie ExTox obowiązują dodatkowo:

EN 50271

EN 60079-29-1

Wydano następujące certyfikaty:

Jednostka notyfikowana: TÜV NORD CERT GmbH
(0044)

DEKRA EXAM GmbH
(0158)

Certyfikat: TÜV 07 ATEX 553353 X

BVS 09 ATEX G 001 X

Jedną bądź więcej norm wyszczególnionych w certyfikacie zastąpiono ich nowymi wydaniem. Producent deklaruje również zgodność z wymaganiami nowych wydań norm.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność Hermann Sewerin GmbH.

Podpisano w imieniu:
Gütersloh, 2023-06-16



Dr. Swen Sewerin (Prezes)