

Declaración UE de conformidad

EX-TEC® PM 550/500

Equipo portátil para la medición de gas alimentado por pilas

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
33334 Gütersloh – Alemania

El producto es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente:

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/34/UE

Para la evaluación de la conformidad se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

| | |
|---------------|-------------------|
| EN 50270:2015 | EN 60079-11 |
| EN 60079-0 | EN 61000-6-2:2005 |
| EN 60079-1 | EN 61000-6-4:2011 |
| EN 60079-7 | |

En el caso del metano y propano, para el caso de aplicación «Advertir», se aplica además lo siguiente:

EN 50271
EN 60079-29-1

Se han emitido los siguientes certificados:

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Organismo notificado: | TÜV NORD CERT GmbH (0044) | DEKRA Testing and Certification GmbH (0158) |
| Certificación: | TÜV 17 ATEX 171969 X | BVS 19 ATEX G 002 X |

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de Hermann Sewerin GmbH.

Firmado en nombre de:
Gütersloh, 2023-06-16



Dr. Swen Sewerin (Gerente)